



ترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية LICENSE FOR THE USE OF EMIRATES QUALITY MARK



علامة الجودة الإماراتية
Emirates Quality Mark

Certificate Number:	22-12-22097/Q22-12-048124/NB0007	رقم الشهادة:
Registration Date:	15-Dec-2022	تاريخ الاصدار:
Valid Until:	14-Dec-2025	صالحه لغاية:
Issued To:	WIKA Middle East FZE	أصدرت إلى:
Address:	Jabal Ali, RA08JB01, RA08JB02, RA08JB03 - 17492, Dubai, United Arab Emirates	العنوان:
Section:	Electrical	القسم: كهرباء
Regulation:	ECAS-Ex	اللائحة: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Category:	ECAS-Ex	تصنيف المنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Sub-Category:	See Schedule of Certification	التصنيف الفرعي للمنتج: انظر بيان التسجيل المرفق
Products details:	See Schedule of Certification	تفاصيل المنتجات: انظر بيان التسجيل المرفق

intertek

Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

Products are EQM licensed based on compliance to the Approved Standards and EQM procedures



المنتجات حاصلة على علامة الجودة الإماراتية بناءً على مطابقتها للمواصفات المعتمدة و الإجراءات الخاصة بعلامة الجودة الإماراتية

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

Certificate type:	EQM	علامة الجودة الإماراتية	نوع الشهادة:				
Certificate Number:	22-12-22097/Q22-12-048124/NB0007		رقم الشهادة:				
Valid Until:	14-Dec-2025		صالحة لغاية:				
رقم التسلسل	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	تصنيف النجوم	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Star Rating	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country Of Origin
1	WIKA	Field Indicator type DIH**-F and Field Transmitter type TIF**-F	Field Indicator type DIH**-F and Field Transmitter type TIF**-F Equipment Protection: Flameproof enclosures "d" Marking: Ex db IIC T6/T5/T4 Gb	N/A	IECEX BVS 10.0103, DE/BVS/ExTR11.0003/01, DE/BVS/QAR07.0010/18	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1	GERMANY



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

2	WIKA	Series 1/4/5/6/7/8000, TC10/TR10, TC50/TR50, and TC59 Assemblies Protection: Flameproof (Ex db) and Dust (Ex tb) Marking: Ex db IIB + H2 T6...T4 Gb (Ta = -20°C to +60°C) or Ex db IIC T6...T4 Gb (Ta = -20°C to +60°C) or Ex tb III C T85°C Db IP66 (Ta = -20°C to +60°C)	N/A	IECEX PRE 15.0077X, DE/BVS/QAR07.0010/18, CA/CSA/ExTR07.0012/00, CA/CSA/ExTR07.0012/01, NO/DNV/ExTR09.0004/00, NO/PRE/ExTR15.0074/00, NO/PRE/ExTR15.0074/01, NO/PRE/ExTR15.0074/02, US/ETL/ExTR17.0075/00, US/ETL/ExTR17.0075/01, NO/PRE/QAR16.0013/02	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY CANADA United Arab Emirates
---	------	---	-----	--	--	---



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

3	WIKA	Thermometer TR... (resistance sensor) resp. TC... (thermocouple element)	Thermometer TR... (resistance sensor) resp. TC... (thermocouple element) Equipment Protection: Protection by increased safety "e", Protection by "n", Protection by enclosure "t" Marking: Ex eb IIC T6...T1 Gb or Ex eb IIC + CH4 T6...T1 Gb resp. or Ex ec IIC T6...T1 Gc or Ex ec IIC + CH4 T6...T1 Gc resp. or Ex nA IIC T6...T1 Gc or Ex nA IIC + CH4 T6...T1 Gc resp. or Ex tb IIIC TX °C Db or Ex tc IIIC TX °C Dc	N/A	IECEx TUN 18.0012X, DE/BVS/QAR07.0010/18, DE/TUN/ExTR18.0017/00	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-15, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY United Arab Emirates
---	------	--	---	-----	---	--	------------------------------



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

4	WIKA	Compact pressure and temperature switches series PCA and TCA	Compact pressure and temperature switches series PCA and TCA Equipment Protection: Ex db, Ex tb Marking: Ex db IIC T6 or T4 Ga/Gb or Gb Ex tb III C T85°C or T135°C Db Ex db I Mb	N/A	IECEX PRE 18.0043X, NO/PRE/ExTR18.0045/01, NO/DNV/QAR13.0013/05	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	ITALY
5	WIKA	Pressure switches series BA and temperature switches series TA	Pressure switches series BA and temperature switches series TA Equipment Protection: Ex db, Ex tb Marking: Ex db IIC T6 or T4 Gb Ex tb IIIC T85°C or T135°C Db	N/A	IECEX PRE 19.0081X, NO/DNV/QAR13.0013/05, NO/PRE/ExTR19.0078/01	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	ITALY

intertek

Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

6	WIKA	Pressure switches series MA and temperature switches series TAH	Pressure switches series MA and temperature switches series TAH Equipment Protection: Ex db, Ex tb Marking: Ex db IIC T6 or T4 Ga/Gb Ex db IIC T6 or T4 Gb Ex tb IIIC T85°C or T135°C Db	N/A	IECEX PRE 19.0078X, NO/DNV/QAR13.0013/05, NO/PRE/ExTR19.0075/01	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	ITALY
---	------	---	--	-----	---	--	-------



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

7	WIKA	Field Indicator and Field Transmitter type DIH5*-I / TIF5*-I / TIF11-I	Field Indicator and Field Transmitter type DIH5*-I / TIF5*-I / TIF11-I Equipment Protection: Equipment protection by intrinsic safety "i" Marking: Ex ia IIC T4/ T5/ T6 Ga or Ex ia IIC T4/ T5/ T6 Gb or Ex ia [ia Ga] IIC T4/ T5/ T6 Gb or Ex ib IIC T4/T5/T6 Gb or Ex ia IIIB T135°C Da or Ex ia III C T135°C Da or Ex ia [ia Da] IIIB T135°C Db or Ex ia [ia Da] III C T135°C Db or Ex ia IIIB T135°C Db or Ex ib III B T135°C Db Ex ia III C T135°C Db or Ex ib III C T135°C Db	N/A	IECEX BVS 16.0075X, DE/BVS/QAR07.0010/18, DE/BVS/ExTR16.0081/00	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
8	WIKA	Temperature sensor type TC84	Temperature sensor type TC84 Equipment Protection: Increased safety "e" Marking: Ex ec IIC T6...T1 Gc	N/A	IECEX IBE 17.0028X, DE/BVS/QAR07.0010/18, DE/IBE/ExTR16.0055/00, DE/IBE/ExTR16.0055/01	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7	GERMANY



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

9	WIKA	Temperature transmitter type T15.*-A****-*...* and T16.*-A****-*...*	Temperature transmitter type T15.*-A****-*...* and T16.*-A****-*...* Equipment Protection: Intrinsic Safety "i", Type of protection "n", Increased Safety "e" Marking: Refer to Annex of IECEx BVS 19.0022X	N/A	IECEX BVS 19.0022X, DE/BVS/QAR07.0010/18, DE/BVS/ExTR19.0033/00	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-15	GERMANY
10	WIKA	Differential and absolute pressure switches series DA and APA	Differential and absolute pressure switches series DA and APA Equipment Protection: Ex db, Ex tb Marking: Ex db IIC T6 or T4 Ga/Gb Ex tb IIIC T85°C or T135°C Db	N/A	IECEX PRE 19.0079X, NO/DNV/QAR13.0013/05, NO/PRE/ExTR19.0076/01	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	ITALY

intertek

Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

11	WIKA	Pressure switches series PX and temperature switches series TX	Pressure switches series PX and temperature switches series TX Equipment Protection: Ex db, Ex tb Marking: Ex db IIC T6 or T4 Ga/Gb Ex db IIC T6 or T4 Gb Ex tb IIIC T85°C or T135°C Db Ex db I Mb	N/A	IECEX PRE 19.0083X, NO/PRE/QAR16.0013/02, NO/PRE/ExTR19.0080/01	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	ITALY
12	WIKA	Pressure switches series BAX	Pressure switches series BAX Equipment Protection: Ex db, Ex tb Marking: Ex db IIC T6 or T4 Ga/Gb Ex tb IIIC T85°C or T135°C Db	N/A	IECEX PRE 19.0080X, NO/DNV/QAR13.0013/05, NO/PRE/ExTR19.0077/01	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	ITALY

intertek

Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

13	WIKA	Differential pressure switches series DE	Differential pressure switches series DE Equipment Protection: Ex db, Ex tb Marking: Ex db IIC T6 or T4 Ga/Gb Ex tb IIIC T85°C or T135°C Db Ex db I Mb	N/A	IECEX PRE 19.0082X, NO/DNV/QAR13.0013/05, NO/PRE/ExTR19.0079/01	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	ITALY
14	WIKA	Pressure and temperature switches lines Performance, Compact and Mini	Pressure and temperature switches lines Performance, Compact and Mini Equipment Protection: Ex ia Marking: Ex ia IIC T6 or T4 Ga Ex ia IIIC T85°C or T135°C Da Ex ia I Ma	N/A	IECEX PRE 19.0084X, NO/DNV/QAR13.0013/05, NO/PRE/ExTR19.0081/01	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0	ITALY

intertek

Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

15	WIKA	Thermometer type T*12-B- ID**_***	Thermometer type T*12-B-ID**- *** Equipment Protection: Flameproof Enclosures "d", Separation Elements or combined Levels of Protection, Protection by Enclosure "t" Marking: Refer Annex of IECEx BVS 11.0042X	N/A	IECEX BVS 11.0042X, DE/BVS/QAR07.0010/18, NO/PRE/QAR16.0013/02, DE/BVS/ExTR11.0061/05	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY CANADA United Arab Emirates
Nothing Follows							



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان المصنع
SCHEDULE OF FACTORY

Certificate type:	EQM	علامة الجودة الإماراتية	نوع الشهادة:	
Certificate Number:	22-12-22097/Q22-12-048124/NB0007		رقم الشهادة:	
Valid Until:	14-Dec-2025		صالحة لغاية:	
رقم التسلسل	اسم المصنع	العنوان	المدينة	البلد
No.	Factory Name	Address	City	Country
1	WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG	Alexander-Wiegand-Strasse 30 63911, Klingenberg, Germany	Klingenberg	GERMANY
2	WIKA Instruments Ltd.	3103 Parsons Road Edmonton, AB T6N 1C8, Canada	Edmonton	CANADA
3	WIKA MIDDLE EAST FZE	P.O. Box 17492, Jebel Ali Free Zone, Blue Shed Warehouse # JB01, JB02 & JB03, Dubai, UAE	Dubai	United Arab Emirates
4	Wika Instruments Italia S.r.l.	Viale De Gasperi, 48 Bareggio (MI), 20010, Italy	Bareggio	ITALY

intertek

Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.